2011年６月１日作成（第1版）

| 承　認　番　号 | 21100BZY00227000 |
|---|---|

機械器具 74　医薬品注入器
医薬品・ワクチン用注入器　12504002
管理医療機器

# 「ツインジェクター® EZⅡ」用付属品

## アダプター、針なしシリンジ

再使用禁止（「アダプター」のみ）

**【禁忌・禁止】**
1．本品は、ツインジェクターEZⅡを用いた注射以外に使用しないこと。
2．アダプターは、ディスポーザブル製品であるので、１回限りの使用のみで再使用しないこと。
3．針なしシリンジは、７回（１週間）を超えて使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**
本品は次に示すように、(1)アダプター、(2)アダプターキャップ、(3)針なしシリンジ及び(4)シリンジキャップで構成されている。




注）バイアルは本品に含まれない。

**【使用目的】**
アダプターは、ツインジェクターEZⅡ本体にバイアル内の薬液を吸入する際に使用する。
針なしシリンジは、ツインジェクターEZⅡに装着して注射に使用する。

**【操作方法又は使用方法等】**
本品の詳細な操作方法又は使用方法についてはツインジェクターEZⅡの取扱説明書を参照すること。

**【使用上の注意】**
**1．重要な基本的注意**
1）必ずツインジェクターEZⅡの取扱説明書を参照すること。
2）アダプター及び針なしシリンジの包装の破損などにより無菌性が損なわれていると考えられる場合は使用しないこと。
3）針なしシリンジは、７回（１週間）毎に新しいものに定期交換すること。

**2．その他の注意**
1）本品の取り扱いについて患者教育を十分行うこと。また、患者自身に本品を操作させ、その操作が確実に行われていることを確認すること。
2）針なしシリンジの素材はポリカーボネートであるため破損する可能性は否定できない。そのためツインジェクターEZⅡの取扱説明書に従い、注射後の操作や保管方法を徹底すること。
3）使用済の本品は廃棄容器等に入れ、医療機関に返却する等適切に処理すること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**
1．保管方法
1）必ずツインジェクターEZⅡの取扱説明書に記載の方法に従って保管すること。
2）清潔な場所に保管すること。
3）幼児の手の届かない場所に保管すること。
4）直射日光や高温になる場所を避けて保管すること。

2．使用期限
ブリスター包装に表示（自己認証による）。

**【包装】**

| | |
|---|---|
| アダプター | アダプター注1）5個 |
| アダプターセットA | アダプター注1）1個<br>針なしシリンジ注2）2個 |
| アダプターセットB | アダプター注1）1個<br>針なしシリンジ注2）4個 |

注１）：アダプターにはアダプターキャップが装着されている。
注２）：針なしシリンジにはシリンジキャップが装着されている。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**
1．製造販売元
日本ケミカルリサーチ株式会社
〒659-0021　兵庫県芦屋市春日町３-19
（電話）0797-32-8591
お問い合わせ先
グロウジェクトお客様相談窓口
0120-999-393（フリーコール）
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝祭日・会社休日を除く）

2．製造元
アンタレス　ファーマ　インコーポレイティッド
（ANTARES PHARMA, INC.）
国名：アメリカ合衆国

ツインジェクターEZⅡ取扱説明書を必ずご参照下さい